LNDD	ENREGISTREMENT	Code : E-FCR-04B Version : E Date : 29/05/2006 Page : 1/1

FICHE D'ANALYSE / RESULTAT - CONFIRMATION SEMI-QUANTITATIVE T/E

Paraphe : E

Echantillon : 178/07 995474 Dilution : 1/ 1

Ion de quantification Testo et Epitesto : 432 Ion de quantification SI : 301

Concentration de la référence 1 : Testosterone: 30 Epitestosterone : 5 T/E théorique : 6

Concentration de la référence 2 : Testostérone: 180 Epitestosterone : 30 T/E théorique : 6

Concentration de la référence 3 : Testostérone: 360 Epitestosterone : 60 T/E théorique : 6

Fichier		Surface du SI	Surface Testosterone	Surface Epitestosterone
REF1	REF1TE	4680010	1359912	181309
REF2	REF2TE	4212735	7964015	1100720
REF3	REF3TE	5428625	21495301	3350917
17807474		1397296	2621497	244818

RESULTAT DE L'ECHANTILLON

	Concentration Testosterone	Concentration Epitestostérone	Rapport T/E en surface
Valeur obtenue	172,0 ng/mL	17,6 ng/mL	
Valeur finale	**172,0** ng/mL	**17,6** ng/mL	**10,7**

Partie à remplir par le responsable

Seuil de déclaration du rapport T/E (en surface) : 4

Incertitude (liée à la méthode) pour le rapport T/E : 30% pour l'Epitestosterone : 30% pour la Testosterone : 20%.

Valeur basse du rapport T/E : 7.5 Résultat : Anormal : X

Valeur haute du rapport T/E : 13.9 Inclassable :

Négatif :

Correction des concentrations en Testosterone et Epitestosterone par la densité (cf doc E-INC-03) :

Densité affichée	1.025	**PARAPHE**
Numéro du réfractomètre	2	E
Densité corrigée :	1.025	
Facteur de correction	0.76	
Concentration corrigée de Testosterone	127	
Concentration corrigée d'Epitestosterone	13	

Ecart n° :

Cet enregistrement est à archiver dans le dossier de confirmation